



PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

kontakt: 668 119 787, e-mail: biuro@pk.kepno.pl

NIP 619-19-20-601, REGON 251591021, KRS 000167008

JRP 16/2018

Kępno 21 listopada 2018 roku

Oferenci wg. rozdzielnika

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego na „Dostawa zestawów ratowniczych typu RO i R1 oraz wyposażenia dodatkowego ratowników dla obiektu krytej pływalni QARIUM Kępno”, ogłoszenie o zamówieniu nr KP 1/11/2018 z dnia 16/11/2018, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.) jako zamawiający składamy poniższe wyjaśnienia i odpowiadamy na zadane pytania:

Pytania z dnia 21 listopada 2018 roku

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, na wybrane kategorie zakupów wymienione w punkcie „2. Przedmiot zamówienia” zapytania ofertowego, podpunkty od 1) do 5)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

2. Czy w sytuacji otrzymania ofert niekompletnych (wyłącznie na wybrane kategorie zakupów), Zamawiający będzie zamierzał zrealizować częściowe zamówienia?

Odpowiedź:

W sytuacji otrzymania ofert niekompletnych (wyłącznie na wybrane kategorie zakupów), Zamawiający nie będzie zrealizował częściowego zamówienia.

3. Jak rozumieć dostarczenie 10 sztuk radiotelefonów? Urządzenia te występują w bardzo szerokim przedziale cenowym. Na pływalniach spotyka się zarówno podstawowe / popularne modele MOTOROLA T80 EXTREME (komplet 10 sztuk to cena około 1500 PLN), które niestety przy załączonych atrakcjach wodnych na pływalni pracują zbyt cicho oraz modele bardziej zaawansowane i sprawdzone w działaniu jak np. HYT TC-610P (gdzie cena zestawu 10 sztuk to już ponad 8000 PLN)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie radiotelefonów podstawowych/popularnych.

4. Czy do przenośnych pachołków / słupków, należy również wziąć pod uwagę linę lub łańcuch do ich połączenia?

Odpowiedź:

Do przenośnych pachołków / słupków, należy również wziąć pod uwagę łańcuch biało- czerwony do ich połączenia w ilości 20 mb.



PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

kontakt: 668 119 787, e-mail: biuro@pk.kepno.pl

NIP 619-19-20-601, REGON 251591021, KRS 000167008

5. W podpunkcie 4) dotyczącym podręcznej apteczki / nerki wymienione zostały maski do resuscytacji w ilości 4 sztuk. Z uwagi na podręczny rozmiar takiej apteczki zasadne wydaje się wyposażenia ratownika w jedno takie urządzenie. Czy takie było pierwotne założenie Zamawiającego? Czy Zamawiający określając ten podpunkt jako komplet ma na uwadze dostawę np. 5 takich apteczek o załączonej w zapytaniu specyfikacji?

Odpowiedź:

W podpunkcie 4) dotyczącym podręcznej apteczki / nerki wymienione zostały maski do resuscytacji w ilości 4 sztuk ale wyposażenie apteczki będzie zawierało jedno takie urządzenie, a 3 sztuki są dodatkowe tj. komplet określa 1 apteczkę wypełni wyposażoną i 3 dodatkowe maski do resuscytacji.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia gwarancji na oferowane produkty na czas krótszy niż opisane 36 miesięcy? Przygotowanie kompleksowej oferty na całość zamówienia wymaga współpracy z wieloma producentami sprzętu ratowniczego. Wystarczy powiedzieć, że dystrybutorzy radiotelefonów opisanych powyżej, dają gwarancję na swój sprzęt tylko na 24 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość określenia gwarancji na oferowane produkty na czas krótszy niż 36 miesięcy.

7. Czy pod hasłem defibrylator AED, Zamawiający bierze pod uwagę jakiś konkretny model, specyfikację urządzenia? Podstawowe, popularne na rynku modele występują w przedziale od 5000 PLN w górę (nawet bliżej 7000 PLN) i różnią się wieloma parametrami. Najważniejszym jednak dla użytkownika są koszty eksploatacji oraz części zamiennych (elektrody, bateria, gwarancja itd.).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilekroć w zapytaniu ofertowym i załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany: ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji. Dla Zamawiającego przy wyborze optymalnego defibrylatora AED dla obiektu krytej pływalni QARIUM Kępno kluczowe są koszty eksploatacji oraz koszt części zamiennych (elektrody, bateria, gwarancja itd.)

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

PREZES Zarządu
Agatolina Marczyńska
Agatolina Marczyńska